



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Tarnów, dn. 12.04.2017 r.

Postępowanie przetargowe 42/P/2017

„Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie analizatora do pomiaru powierzchni właściwej i porowatości”

Pytanie 7.

Proszę o jednoznaczne określenie, czy oferowany aparat musi posiadać dwa osobne zestawy próżniowe, z których każdy będzie posiadał pompę wstępną i pompę turbomolekularną, czy też wymagane jest by aparat ten był wyposażony w jedno stanowisko próżniowe.

Odpowiedź.

Podtrzymujemy odpowiedź z dnia 10.04.2017 r. na pytanie 4.