



Fundusze  
Europejskie  
Inteligentny Rozwój



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Tarnów, dn. 09.10.2018 r.

Postępowanie przetargowe 229/P/2018

„Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie wielkolaboratoryjnej suszarki do granulatu tworzyw sztucznych z przeznaczeniem do osuszania surowych materiałów z rozpuszczalników procesowych”

Pytanie nr 01:

Czy panel sterowania będzie umieszczony w strefie zagrożenia wybuchem?

Odpowiedź nr 01:

Panel sterowania podstawowymi parametrami pracy urządzenia powinien znajdować się blisko suszarki, należy więc przewidzieć, że panel sterowania może być umiejscowiony w strefie zagrożenia wybuchem. W takim przypadku dostawca powinien zapewnić wykonanie panelu sterowania zgodnie z ATEX. Ewentualne dodatkowe urządzenia sterujące mogą być wyciągnięte poza strefę zagrożenia wybuchem.